品項	詳細規格	數量
嬰兒 CPR 娃娃	1、全身嬰兒設計，四肢具關節可動。 2、胸皮具肋骨及胸骨之解剖標示。 3、暢通呼吸道吹氣時，胸部可起伏。 4、胸外按壓正確時，內建彈簧式構造，具聲音提示功能。 5、具可拆式之橡膠臉皮、胸皮及可替換式之塑膠肺袋(含氣道)。	4 組 （具）

【補充說明】


1. 交貨時須附有原廠新品保固證明。
2. 本案設備需提供一年保固。
3. 本案安裝設定時若需任何線材或零件等均需包含在案內，不得追加任何預算。

品項	詳細規格	數量
成人異物哽塞處理模型	尺寸：78x46x25cm(±0.5cm) 重量：7kg(±1kg) 規格： 材質：特殊合成樹脂 特色：實際真人尺寸設計,胸皮上清楚設計有胸肋骨、劍突，當正確操作哈姆立克法時，可將口內異物排出。 可觸摸到肋骨、劍突和頸靜脈切跡的解剖構造 附件： 1、兩個不同型態的哽塞模擬物 2、模擬假人運動衣 X1 3、攜行袋 X1	2

【補充說明】

品項	詳細規格	數量
成人全身甦醒 急救訓練模擬 假人	1. 身長：160cm (±5%)，腳部折疊收藏後約 98x50x25cm (±5%)。 2. 重量：約 10kg (±5%)，含攜行袋及附件。 3. 電源：**可插電或電池兩用**(三號 8 顆，需另購)，可任意選擇練習場所。 4. 符合 2020 AHA 最新 Guideline。 5. LED 面板指示器:立於假人腰間，易於練習者確認操作是否正確。 • **確認有無意識 (獨立指示燈號顯示)** • 確認心臟按壓時，**壓迫深度以燈號**表示：**正確**(5cm 以上，條碼為**綠燈**)、**不足**(4.5cm 以下，條碼**上升時為綠燈，下降時為紅燈**)，但壓迫深度超過時(6cm 以上)，**按壓位置中間的燈號為紅燈** • 確認心臟按壓時的速率，按壓速率在右側以三種燈號顯示分別為**過快、適當、過慢** • 心臟按壓時，具**胸前五點之手部位置確**認表示，只有在**按壓位置正確、按壓深度正確、正確時**，中間的燈號亮起**綠燈** • 具壓迫劍突時之警告表示，以**紅燈**代表 • **顯示器左側有按壓頻率鍵**，可設定節拍音或關閉 • **確認呼吸道是否暢通(獨立指示燈號顯示)** • 確認人工呼吸時，吹氣量以燈號表示：正確(**400~600ml**，條碼為**綠燈**)、過量(**700~1000ml**，條碼為**紅燈**)、不足(**200~300ml**，條碼上升時為**綠燈**，下降為**紅燈**) • 具獨立燈號(**紅燈**)顯示錯誤通氣至**胃部** **全套共包含以下組件：** 1. 成人全身急救甦醒假人 x1 2. 原廠軟質攜行袋 x1 3. 替換式肺袋 x6 4. 氣道 x6 5. 面膜(立體式接嘴片)x10 6. 替換式臉皮 x1 7. 原廠 AC 電源變壓器 x1	2

【補充說明】



附表 5_優先序 34

品項	詳細規格	數量
護理技術假病人	1. 尺寸高約 158cm（±5%）、重 11kg（±5%）。 2. 頭頸部、手肘、手腕、手指、肩部、腰部、膝部關節、髖部關節和腳踝可活動彎曲，四肢一體成形無接縫、無螺絲外露。手肘與膝蓋等運動關節處具備調整阻尼感，腰部可彎曲，假病人可以坐於輪椅上。 3. 頭部具備浮印式的頭髮輪廓，可觸摸到額骨、顴骨、下顎骨及眼窩。 4. 軀幹為硬質塑膠製，四肢、注射墊和外生殖器為軟質樹脂材料製；單側乳房可拿起。 5. 全身已安裝 8 個嵌入式注射墊，做為操作肌肉注射練習之注射處，裝設於雙側手臂(單側兩處，共四處)、雙側大腿上方及雙側臀部。 6. 右側鎖骨下方靜脈與頸部靜脈設計有中心靜脈開口，可練習 CVC 中心靜脈導管放置與輸注口護理技能。 7. 完整的口腔構造利於進行口腔衛生護理教學；具備氣道氣切口，訓練抽吸、氣切造口護理。 8. 可操作插鼻胃管，透明的模擬胃部能觀察導管位置與注入的液體總量；腹部有造瘻口，可練習造瘻口相關護理操作。 9. 實際執行導尿，女性會陰處插導尿管時不會凹陷。 10. 具備直腸可實際操作灌腸、摘便、直腸給藥等護理技術。 11. 每組配件數量如下： (1) 全身假病人*1 個 (2) 原廠衣物*1 套 (3) 假髮*1 頂 (4) 軟質造瘻口(已安裝)*1 個 (5) 內崁式注射墊*8 個 (6) 原廠使用說明 x1 (7) 中文操作手冊 x1	10 具

【補充說明】

1. 廠商須依本案保固期限內容負責本案維修。
2. 附有原廠授權經銷證明文件及原廠維修技術服務證明。
3. 所有規格解釋以本校解釋為準。

本公司同意以上述規格及補充說明履約驗收

（請加蓋廠商及負責人章）